

La SQS en qualité d'instance d'évaluation de la conformité, numéro d'identification 1250, atteste par la présente que l'organisation

MPS Precimed SA
Chemin du Long-Champ 95
2504 Biel-Bienne
Suisse

est dotée au niveau de la conception, du développement, de la fabrication et de la distribution d'un système d'assurance qualité qui est conforme aux exigences de la base normative mentionnée ci-dessous:

ANNEXE II

Directive 93/42/CEE (exclue section 4)

Cet agrément s'appuie sur le résultat le rapport daté du 28 mai 2020.

Le domaine de validité concerne les produits

Instruments pour la chirurgie

Le présent label CE peut être appliqué à ces produits comme indiqué dans l'appendix de ce certificat

CE 1250

Ce certificat reste valable à condition que des audits de contrôle soient effectués à intervalles réguliers, conformément à l'annexe II.5 Directive 93/42/CEE

No d'enreg. 41653

Validité 24.06.2020–25.05.2024
Emission 24.06.2020

Responsable dispositifs médicaux agréé
24.06.2020



F. Müller, CEO SQS



D. Taddeo, Medical Responsible



sqs.ch

Association Suisse pour Systèmes
de Qualité et de Management (SQS)
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Suisse



Swiss Made



ANNEXE II

DIRECTIVE 93/42/CEE (exclue section 4)

Cet appendix est valable uniquement avec le certificat suivant:

Numéro d'enregistrement 41653

Validité du 24 juin 2020 jusqu'au 25 mai 2024

Produit/s médicaux inclus dans cette autorisation:

Classe IIa

Porte-fraise offset carbone avec clip

Porte-fraise offset carbone sans clip

Porte-fraise offset carbone dual connexion

Porte-fraise droit dual connexion

Porte-fraise offset carbone navigué

Alésoir intramédullaire

Fraise

Mèche

T18198-Chaîne de cardan dual connexion pour porte-fraise offset carbone

T18199-Chaîne de cardan avec clip pour porte-fraise offset carbone

T18200-Chaîne de cardan sans clip pour porte-fraise offset carbone

Appendice emission: 24 juin 2020

